

La lámpara quirúrgica debe ser de de gran intensidad y brillantez luminosa, amplio campo y sistema anti-sombras.

Sistema de brazos que permite gran libertad de movimientos. Rotación sin límite (360º)

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=lampara_quirurgica

Last update: **2019/09/26 22:26**

