

Monitor epidural: puede utilizar el catéter con tubuladura y líquido o el de fibra óptica (fibra óptica de Ladd) está cuestionada la exactitud de este dispositivo (Ivan 1983).

Bibliografía

Ivan, L P, y A Badejo. 1983. Clinical and experimental observations with fontanel pressure measurements. Child's Brain 10, nº. 6: 361-368.

From:

<http://neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN
1988-2661**



Permanent link:

http://neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=monitor_epidural_ladd

Last update: **2019/09/26 22:28**