

TEST DE WEBER:

Es de utilidad en los casos de hipoacusias unilaterales o bilaterales asimétricas, permitiendo comparar las vías óseas de ambos oídos.

1. Se hace vibrar el diapasón.
2. Se coloca el pie de éste en la línea media de la cabeza, dorso nasal o frente del paciente.
3. Se le pregunta al enfermo dónde escucha el sonido.

RESULTADOS

WEBER NO LATERALIZA: El paciente escucha al medio

WEBER LATERALIZA AL OÍDO DERECHO: El paciente escucha el sonido en el oído derecho.

WEBER LATERALIZA AL OÍDO IZQUIERDO: El paciente escucha el sonido en el oído izquierdo.

Estos dos últimos casos dependerán del tipo de hipoacusia.

En los casos de audición normal o con hipoacusia del mismo origen y simétricas el TEST DE WEBER NO LATERALIZA.

En las hipoacusias de conducción el TEST DE WEBER LATERALIZA AL OÍDO PEOR.

En las hipoacusias sensorineurales el TEST DE WEBER LATERALIZA AL OÍDO MEJOR.

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=test_de_weber

Last update: **2019/09/26 22:19**

